

# Evaluation des performances du nouveau kit ELISA FungaDia pour la détection du Galactomannane aspergillaire

Ducrest Percevent <sup>1\*</sup>, Maubon Danièle <sup>2</sup>, Garnaud Cécile <sup>2</sup>, Cornet Muriel <sup>2</sup>


<sup>1</sup> GaDia SA, Route de l'Ile-au-Bois 1A, 1870 Monthey, Suisse

<sup>2</sup> CHU Grenoble Alpes, Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Université Grenoble Alpes, Laboratoire TIMC, équipe TrEE

\* [percevent.ducrest@gadia.net](mailto:percevent.ducrest@gadia.net)


# Contexte et objectifs

## Culture d'*Aspergillus fumigatus*




NIH 5233  
CZAPEK DOX Medium  
37°C, 48h




## Extraction et purification du galactomannane



## Production d'anticorps monoclonaux



# Contexte et objectifs




**FUNGA DIA**  
*Aspergillus Antigen ELISA*

- Nouveau kit ELISA FungaDia-Aspergillus pour la détection du galactomannane dans le sérum et LBA
- Évaluation du kit en rétrospectif sur des échantillons de sérum et LBA, méthode de référence: ELISA Platelia (BioRad)



# Méthodes

- Étude rétrospective sur des échantillons de LBA et sérum
- Utilisation de l'automate Evolis (BioRad)
- Méthode de référence: Platelia (BioRad)
  - **Cut-off 0.5 pour le sérum**
  - **Cut-off 1.0 pour le LBA**

	Sérum	LBA
Total	203	33
Femme	91 (45%)	12 (36%)
Pos (platelia)	54 (27%)	5 (15%)
CAPA probable	2 (4%)	2 (40%)
Antigénémie isolée	17 (32%)	1 (20%)
AI probable	27 (50%)	2 (40%)




# Méthodes




# Résultats- Sérum

$$\text{Sample Index (SI)} = \frac{\text{Absorbance echantillon}}{\text{Moyenne absorbance Cut - off}}$$



		+	-
FungaDia	+	49	1
	-	5	148
Sensitivity:	90,7%	(CI95%: 78.9-96.5%)	
Specificity:	99,3%	(CI95%: 95.8-100%)	
PPV:	98,0%	(CI95%: 88.0-99.9%)	
NPV:	96,7%	(CI95%: 92.1-98.8%)	




# Résultats - Sérum

**Cut-off: 0.500**

#	Remarques	Platelia SI	FungaDia SI
154	Non classable mais pas aspergillose	0,910	0,240
171	Interférence avec Gamma globulines	0,600	0,268
176	Interférence avec Gamma globulines	0,550	0,263
189	Interférence avec Gamma globulines	0,634	0,329


*4 Faux positifs avec Platelia  
(Vrai négatifs avec FungaDia)*




**Spécificité Platelia: 97.4% (149/153)**

**Spécificité FungaDia: 99.3% (152/153)**

FungaDia ELISA			+	-
	+	49	1	152
Sensitivity:	98,0%	(CI95%: 87.8-100%)		
Specificity:	99,3%	(CI95%: 95.9-100%)		
PPV:	98,0%	(CI95%: 88.4-99.9%)		
NPV:	99,3%	(CI95%: 95.9-100%)		




# Résultats - LBA



**Platelia (BioRad) Cut-off: 1.0**

	+	-
FungaDia	5	0
ELISA	0	28
Sensitivity:	100,0%	(CI95%: 46.3-100%)
Specificity:	100,0%	(CI95%: 85.0-100%)
PPV:	100,0%	(CI95%: 46.3-100%)
NPV:	100,0%	(CI95%: 85.0-100%)



# Résultats - Comparaison

## Coefficient de concordance Kappa

$$K = \frac{C_{obs} - C_{al}}{1 - C_{al}}$$

Sérum:


0.974 (CI95%: 0.937-1.000)

*"Concordance Très bonne"*

LBA:

1.000 (CI95%: 1.000-)

*"Concordance Très bonne"*



# Conclusion

- Performance similaire entre FungaDia et Platelia (Kappa: 0.974-1.000)
- Cut-off optimal à 0.500 pour sérum et LBA
- Pas d'interférences avec gamma globulines
- Adapté pour l'utilisation sur Evolis

## Limitations:

- Nombre d'échantillons de LBA limité
- Étude rétrospective
- Mono-centrique



# Remerciements



- Université Grenoble-Alpes, Laboratoire TIMC, équipe TrEE
  - Muriel Cornet
  - Danièle Maubon
  - Cécile Garnaud
  - Toute l'équipe du laboratoire de Parasitologie-Mycologie
- Bordier Affinity Products SA
  - Nicolas Beyls

